

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovor na pitanje, u smislu pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 19/2014, javna nabavka dobara u otvorenom postupku: Nabavka opreme za rendgen kabinet , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači.

Питање бр. 1

Analizom konkursne dokumentacije za javnu nabavku opreme za rendgen kabinet JN OP 19/14, ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja. Na strani broj 11, naveli ste da je uz menicu, koja se daje kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, potrebno i dostaviti OP obrazac, koji je overen u opštini ili sudu, čija overa nije starija od 2 meseca od dana određenog za otvaranje ponuda.

Da li je za Vas, kao naručioca prihvatljivo dostavljanje OP obrasca, overenog u sudu dana 12.06.2014. s obzirom da sudska overa ima trajan (neograničen) rok važnosti?

Одговор бр. 1

Конкурсном документацијом, у делу Упутства понуђачима како да сачине понуду, под тачком 3.13. Обавезна средства обезбеђења, испуњења обавеза понуђача – добављача, наведено је да, уз меницу, као гаранцију за озбиљност понуде, понуђачи треба да доставе и менично овлашћење, копију картона депонованих потписа (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду, не старија од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Дакле, с` обзиром на то да је датум отварања понуда 26.11.2014. године, овера ОП обрасца са датумом од 12.06.2014. године, није прихватљива. Наведени образац мора да буде оверен најраније два месеца пре 26.11.2014. године, односно, после 26.09.2014. године, аналогно члану 77, ставу 3, Закона о јавним набавкама.

20.10.2014.

Комисија за јавне набавке
Специјална болница за рехабилитацију
Бања Ковиљача

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovor na pitanje, u smislu pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 19/2014, javna nabavka dobara u otvorenom postupku: Nabavka opreme za rendgen kabinet , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači.

Питање бр 1

Poštovani,

dana 17.10.2014. poslali smo Vam zahtev za pojašnjenje, povodom javne nabavke opreme za rendgen kabinet JN OP 19/14.

U zahtevu za pojašnjenje, tražili smo da se omogući dostavljanje OP obrasca overenog u sudu 12.06.2014., s obzirom da sudska overa ima neograničen rok važnosti.

Vi ste u Vašem odgovoru, naš zahtev odbili pozivajući se na član 77 stav 3, Zakona o javnim nabavkama. Pomenuti član se odnosi na dokazivanje prva 4 obavezna uslova za učešće na javnim nabavkama, koja mi, kao ponuđač, dokazujemo rešenjem o upisu u registar ponuđača (član 78 ZoJN).

OP obrazac, nema nikakve veze sa dokazivanjem ispunjenosti obaveznih uslova, njime se dokazuje kako se zakonski zastupnik (ovlašćeno lice) potpisuje.

Jedini razlog zbog koga bi morali dostavljati novi OP obrazac, je u slučaju promene zakonskog zastupnika, u kom slučaju bi morali pribaviti i novo Rešenje o upisu u registar ponuđača.

U cilju poštovanja duha i slova Zakona o javnim nabavkama, ponovo Vas molimo da razmotrite naš zahtev za pojašnjenje, čime bi se konkursna dokumentacija uskladila sa Zakonom.

Одговор:

Конкурсном документацијом, у делу Упутства понуђачима како да сачине понуду, под тачком 3.13. Обавезна средства обезбеђења, испуњења обавеза понуђача – добављача, наведено је да, уз меницу, као гаранцију за озбиљност понуде, понуђачи треба да доставе и менично овлашћење, копију картона депонованих потписа (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду, не старија од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Дакле, конкурсном документацијом је захтевано да овера ОП обрасца не буде старија од два месеца од дана отварања понуда само из разлога да се утврди да у овом периоду није дошо до промене лица која имају депоновани потпис код банке, за располагање средствима привредног субјекта који доставља меницу.

Ово значи да је потребно да се утврди да лица која имају депоновани потпис код банке, за располагање средствима имају важећа овлашћења располагања истим, а не да ова лица могу да заступају привредни субјект, као овлашћена лица за привредни субект.

Примера ради, привредни субјект може да овласти лица која могу да располажу средствима код банке, за која депонује потписе код банке, али та лица не мора ју да једновремено буду овлашћена и за заступање привредног субјекта.

У сваком случају, наручилац је спреман да сноси трошкове овере ОП картона за лица која имају депонован потпис код банке.

23.10.2014.

Комисија за јавне набавке
Специјална болница за рехабилитацију
Бања Ковиљача

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, (у даљем тексту „Наручилац”),

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

Предмет: Одлука о измени конкурсне документације за јавну набавку Опрема за ренген 19/2014

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012), Комисија за јавну набавку наручиоца, образована за спровођење поступка јавне набавке у отвореном поступку, доноси следећу:

О д л у к у **о измени и допуни конкурсне документације**

за јавну набавку у отвореном поступку по партијама, број 19/2014, Наручиоца: Специјалне болнице за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4

набавка добара „Опрема за рендген кабинет”

Дана 20.10. 2014. године, објављен је Јавни позив и Конкурсна документација за јавну набавку бр 14/2014 „Опрема за рендген кабинет”. Након додатног разматрања и сугестија Наручиоца, у складу са чланом 54. став 13. тачка 1, Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију, Парк 4, Бања Ковиљача, је припремила и начинила измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу који се односи на:

- **Број партија у предметној јавној набавци по партијама.**
Измена је начињена у складу са захтевима у вези са садржином предмета јавне набавке, а према измењеној техничке спецификацији
- **Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.**
Измене и допуне су начињене у циљу оправдане могућности провере од стране Наручиоца и потврде понуђених техничких карактеристика, наведених техничких и технолошких предности понуђених уређаја
- **Техничку спецификацију предмета јавне набавке;**
Измена је начињена у циљу приближавања реалним потребама наручиоца у смислу одговорног прибављања што савременије опреме са одређеним техничким и технолошким предностима
- **Критеријуме за оцењивање понуда;**
Измена је начињена у складу са захтевима из техничке спецификације и радним перформансама тражених уређаја, које ће касније, у извршењу уговора својим специфичним техничким и технолошким карактеристикама гарантовати остваривање предвиђених резултата, због којих се и остварује циљ јавне набавке и потреба наручиоца
- **Рок за достављање понуда;**

Измена је начињена у складу са одредбама из чланова 63, 94 и 95 Закона о јавним набавкама РС, како би заинтересована лица и потенцијални понуђачи имали довољно времена да у примереном року одговоре захтевима, припреме и доставе конкурентну понуду

У наставку Одлуке, наводимо измене и допуне конкурсне документације, према редоследу њиховог појављивања у тексту „Конкурсна документација за ЈН” (од прве стране документа ка његовом крају), обележене према броју стране на којој се налази основна одредба из првобитне документације и броју стране након унесене измене у документ.

Упоредо са објављивањем ове одлуке, све измене и допуне су обједињене и објављене у документу „Измењена конкурсна документација за јавну набавку - Опрема за рендген 14/2014”.

Измене су начињене на следећи начин:

1. У уводном делу, на страни 1/49, у дну странице 1, текст који гласи

„Рок за достављање понуда: 26. 11. 2014. године, 10:30ч
Јавно отварање: 26. 11. 2014. године, 11:30ч”;

Мења се и сада гласи:

**„ Рок за достављање понуда: 01. 12. 2014. године у 10:30 часова
Јавно отварање понуда започиње 01. 12. 2014. године у 11:30ч”**

2. На страници број 3/49, у делу I, глава 1. „Позив за подношење понуда”, у ставу 7, текст који је гласио

„Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка је обликована у три партије:

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви,

Партија 2. Систем за дигиталну компјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом,

Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер”

мења се и сада гласи:

„Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка је обликована у две (2) партије:

Партија 1. Дигитални радиографски систем,

Партија 2. Ласерски штампач филмова суве технологије”

3. На страници 3/49, у делу I, глава 1. „Позив за подношење понуда, у ставу 9, мења се елемент критеријума за доделу уговора, па текст који гласи

„Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена”;

Мења се и сада гласи

„Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је: економски најповољнија понуда“

4. На страници 4/49, у делу I, глава 1. Позив за подношење понуда, став 11, уносе се измене у „Начин подношења понуде и рок за подношење понуде“, па текст који је гласио:

„Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, у затвореној коверти са знаком: ПОНУДА ЗА ЈНВВ 19/2014 - Набавка опреме за рендген кабинет, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Рок за достављање понуда је 26.11.2014. године до 10,30 часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1. Радно време Писарнице наручиоца је од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана. Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.“

Мења се и сада гласи:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, у затвореној коверти са знаком: ПОНУДА ЗА ЈНВВ 19/2014 - Набавка опреме за рендген кабинет, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Рок за достављање понуда је 01. 12. 2014. године до 10,30 часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1.

Радно време Писарнице наручиоца је од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана.

Писарница наручиоца неће радити суботом, недељом и у дане државних празника.“

5. На страници 4/49, у делу I, глава 1. Позив за подношење понуда, став 12, текст који гласи:

„Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 26.11.2014. године у 11,30 часова, у просторијама Наручиоца“

мења се и сада гласи:

„Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 01. 12. 2014. године у 11,30 часова, у просторијама Наручиоца“

6. На страници 4/49, у делу I, глава 1. Позив за подношење понуда, став 14, брише се број телефона лица за контакт, па текст који је гласио:

„ Лице за контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs

Пријем електронске поште на наведену е-маил адресу је могућ од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана“

Мења се и сада гласи

„ Лице за контакт: Снежана Тадић, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs
Пријем електронске поште на наведену е-маил адресу је могућ од 07,00 до 14,00 часова сваког радног дана"

7. На страници 5./49, у Делу II, глава 1. Општи подаци о јавној набавци, тачка 1 подтачка 3, врше се измене у броју и опису партија у преднетном поступку јавне набавке, па текст који гласи

Врста поступка: Отворени поступак по партијама
Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви,
Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом,
Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер

Мења се и сада гласи

- 1) Врста поступка: Отворени поступак по партијама

Партија 1: Дигитални радиографски систем
Партија 2: Ласерски штампач филмова суве технологије

8. На страници 5./49, у Делу II, глава 1. Општи подаци о јавној набавци, тачка 1, подтачка 8, брише се број телефона особе за контакт, па текст који гласи

„ 8) Контакт: Снежана Тадић, 015 / 895-214 Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs "

Мења се и сада гласи

„8) Контакт: Снежана Тадић, Е-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs"

9. На страници 5./49, у Делу II, глава 2. Подаци о предмету јавне набавке, текст који је гласио

„ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Добра - Опрема за рендген кабинет - Медицинско средство – 33111000 Рендгенски уређаји (ознака из речника ЈН)
- Набавка је обликована у три партије, по партијама:

Партија 1. Рендген апарат са подним носачем РТГ цеви,
Партија 2. Систем за дигиталну копјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом,
Партија 3. Медицински ласерски DICOM принтер"

Мења се и сада гласи

1. „ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- **Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**
Добра - Опрема за рендген кабинет - Медицинско средство – 33111000 Рендгенски уређаји (ознака из речника ЈН)
- **Набавка је обликована по партијама, и то у две (2) партије:**

**Партија 1. Дигитални радиографски систем,
Партија 2. Ласерски штампач филмова суве технологије"**

10. На страници 6/49, у Делу II, глава 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.3. Партије, текст који гласи

1.3. „Партије

- Предметна јавна набавка је обликована у три партије."

Мења се и сада гласи

3.3., Партије

- Предметна јавна набавка је обликована у две (2) партије."

11. На страници 6/49, у Делу II, глава 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.8. Отварање понуда; продужава се рок за отварање понуда, те стога, текст који је гласио

1.8. „Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26. 11. 2014. године у 11,30 часова у просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока."

Мења се и сада гласи

1.8. „Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 01. 12. 2014. године у 11,30 часова у просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници

понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока. "

12. На страници 13/49, у Делу II, глава 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.17. Критеријум за доделу уговора; уносе измене у погледу критеријума за доделу уговора у поступку јавне набавке, па уместо најниже понуђене цене, критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда, те стога, текст који гласи

„Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена"

Мења се и гласи:

„Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда”.

13. На страници 13/49, у Делу II, глава 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3.18. Резервни елементи критеријума; измена и допуна Конкурсне документације и промена критеријума за доделу уговора у поступку јавне набавке, директно утиче и мења начин дефинисања резервног критеријума, те услед тога, текст који гласи:

„ Резервни елементи критеријума:

Уколико две или више понуда буду имале исту цену Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок."

Мења се и гласи:

„ Резервни елементи критеријума:

Уколико две или више понуда, након поступка стручне оцене понуда, буду имале исти или једнак број пондера, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок."

14. На страници 19/49, у Делу II, глава 4. Образац понуде, документ табела „Образац структуре цене понуде", са постојећим текстом у којем се описују 3 партије предметне јавне набавке; чине се измене у броју и називу предмета партија, тако што се Образац понуде из главе 4.

Мења и сада гласи:

Рб.	Опис позиције	Јед. мере / Комплет	Набавна цена РСД	Царински и остали трошкови	Цена дин. без ПДВ
1.	Дигитални радиографски систем	1			
2.	Ласерски штампач филмова суве технологије	1			
	Укупно динара без ПДВ:				
	ПДВ:				
	Укупно динара са ПДВ:				

Датум: _____
ЛИЦА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

М.П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Упутство: Податке у табели, поунити по вредностима у РСД '

15. На страни 24/49, у Делу II, глава 6. „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова”, у тачки 8. Обрасца, која се односи на додатне услове и располагање довољним кадровским капацитетом, чине се измене садржаја текста тачке 8. и уместо старе садржине, уноси текст са новом садржином тачке под бројем 8. чији текст сада гласи:

”Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом (Члан 76. став 2. Закона)

Понуђач је у обавези да има на располагању сервис за сервисирање апарата који нуди и најмање 2 обучена и овлашћена сервисера за понуђени тип апарата”,

а као доказ испуњености услова захтевају се

„Оригинална потврда произвођача или инозаступника произвођача за Европу о постојању овлашћеног сервиса за територију Републике Србије,

Докази о оспособљености сервисера:

- Сертификат произвођача којима се доказује обученост сервисера
- Потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са чланом 26. Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) – само за Партију 1
- Фотокопије образаца М1/М2 или М којима се доказује статус радног односа сервисера код понуђача.”

16. У Делу II, глава 6. „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова”,

уноси се допуна у погледу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, тако што се у Образац- табелу услова и доказа њихових испуњености додају следеће тачке и додатни услови:

Тачка 9. „Да понуђач има овлашћење произвођача уређаја да може да учествује у предметном поступку јавне набавке”,

а као доказ испуњености захтева се

„Оригинална ауторизација или овлашћење произвођача или инозаступника произвођача за Европу”

Тачка 10. „Да постоји инсталиран минимум један дигитални радиографски уређај понуђеног произвођача истих или бољих техничких карактеристика од захтеваних у обрасцу техничке спецификације, у условима редовне експлоатације- само за Партију 1”,

а као доказ испуњености доданог услова захтева се

„Изјава понуђача дата под пуном материјалном и моралном одговорношћу о испуњености траженог услова са тачним навођењем назива здравствене установе, адресе, контакт телефона и особе за контакт – само за Партију 1”

17. На страницама 26-34/49, у Делу II, глава 7. „Техничке спецификације”, врше се комплетне измене по питању навођења техничке спецификације за предмет јавне набавке у складу са партијама на које се односе спецификације, тако што се садржина и текст Обрасца спецификација главе 7. у целости мења (уносе се техничке спецификације за Партију 1 и Партију 2 предмета јавне набавке а Партија 3 се брише),

и уноси нови текст, тако да глава 7. и документи Образац Партија 1 и Образац Партија 2, део "Минимални захтеване техничке карактеристике" сада гласе

„ПАРТИЈА 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДИГИТАЛНИ РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ

Рб.	Минимално захтеване техничке карактеристике	ДА/ НЕ	Подаци за понуђену опрему	Доказ о испуњености техничких карактеристика
	ВН ГЕНЕРАТОР			
1.1.	Високофреквентни фреквенције min. 50 kHz			
1.2.	Снага: min. 50 kW			
1.3.	Регулација напона у опсегу min. 40-150 kV			
1.4.	Минимално време експозиције 1ms			
1.5.	Регулација mA у опсегу од мин. 10 до 600 mA			
1.6.	Регулација mAs у опсегу од мин. 0.5 до 600 mAs			
1.7.	Аутоматска контрола експозиције АЕС			
1.8.	Број анатомских програма: min. 200			
1.9.	Управљање кондицијама генератора kV, mA, mAs			
	РЕНДГЕНСКА ЦЕВ			
2.1.	Брзоротирајућа анода – min. 8000 обртаја у минути			
2.2.	Фокалне тачке: maksimalno 0.6/1.2 mm			
2.3.	Топлотни капацитет аноде: min. 300 kWh			
	ФИКСНИ ПАЦИЈЕНТ BUCKY СТО			
3.1.	Носивост (дозвољено оптерећење стола): min. 250 kg			
3.2.	Абсорпција зрачења плоче пацијент стола: max. 0.8 mm Al			
3.3.	Пливајућа плоча са уздужним и попречним померањем и моторизована елевација			
3.4.	Величина плоче пацијент стола: min. 240 x 80 cm			

3.5.	Уздужно померање плоче пацијент стола: min. ± 400 mm			
3.6.	Попречно померање плоче пацијент стола: min. ± 100 mm			
3.7.	Висина стола у опсегу: min. 550 – 900 mm			
3.8.	Ножни прекидачи за управљање свим померањима стола			
3.9.	Комора за АЕС са min 3 поља			
3.10	Латерални носач „флат-панел“ детектора			
3.11.	Вуску механизам са уклоњивом решетком против расејаног зрачења			
3.12.	Могућност коришћења обичних RTG или CR касета у регуларном раду			
	ФИКСНИ ВЕРТИКАЛНИ ВУСКУ СТАТИВ			
4.1.	Висина центра ВУСКУ у односу на под у опсегу: мин. 350 – 1750 мм			
4.2.	Абсорбиција зрачења: мах. 0.8 мм Ал			
4.3.	Комора за АЕС са мин. 3 поља			
4.4.	Вуску механизам са уклоњивом решетком против расејаног зрачења			
4.5.	Могућност коришћења обичних RTG или CR касета			
	ПЛАФОНСКИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ			
5.1.	Лонгитудинално померање цеви min. 300 cm			
5.2.	Трансверзално померање цеви min. 200 cm			
5.3.	Вертикално моторизовано померање цеви min. 160 cm			
5.4.	Ротација цеви око вертикалне и хоризонталне осе min. ± 135°			
5.5.	Електромагнетне кочнице			

5.6.	Синхронизовано (аутоматско, моторизовано) вертикално кретање носача рендгенске цеви у односу на вертикално померање пацијент стола и вертикалног буцку статива (одржавање константног SID и центра X-зрака са центром детектора)			
5.7.	Аутоматски или мануелни колиматор са дисплејом за приказ величине колимираног поља			
5.8.	Правоугаоно светлосно поље колиматора са ознаком позиције у виду крста			
5.9.	Ротација колиматора мин. $\pm 45^\circ$			
	ФЛАТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОР			
6.1	„Флат панел“ детектор преносни (са каблом или бежични), ефективне површине min. 35x42 cm			
6.2	Навести произвођача и модел детектора			
6.3	Величина пиксела: max. 150 μm			
6.4	Дубина аквизиције FPD: min. 16 бита/пикселу			
6.5	Резолуција FPD: min. 2.300 x 2.800 пиксела			
6.6	Квалитет детектора изражен преко DQE: min. 30% при 0 циклуса/mm			
6.7	Материјал детектора: аморфни силицијум			
6.8	Врста сцинтилатора у детектору: GadOx или CsI			
6.9	Тежина детектора: max. 3,5 kg			
	АКВИЗИЦИОНА КОНЗОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ И ОБРАДУ СЛИКЕ			
7.1	Аквизициона конзола у операторској соби која опслужује рад флат панел детектора, која омогућава прихват слике са детектора и обраду – РС са 1 TFT/LCD медицинским монитором дијагонале мин. 19 инча и резолуције мин. 1280 x 1024 пиксела			
7.2	Приказ необрађене слике на екрану максимално 5 секунди након експозиције			

7.3	Приказ обрађене слике на екрану максимално 10 секунди након експозиције Приказ обрађене слике на екрану максимално 10 секунди након експозиције			
7.4	Функције за манипулацију и пост-процесирање слике: увећање, ротирање, окретање ("flip"), додавање маркера на снимак, подешавање контраста и осветљења, црно/бела инверзија, "Edge Enhancement" или екв, мерења дистанце и угла			
7.5	Мултифреквенцијско процесирање снимка које омогућава визуализацију тврдих и меких ткива на истом снимку (хармонизација ткива)			
7.6	Писање слика на CD/DVD у DICOM формату			
7.7	Слање слика у PACS архиву кроз DICOM функције			
7.8	DICOM штампа на више формата филма са различитим комбинацијама снимака на једном филму			
7.9	DICOM Modality Work List (MWL)			
7.10	Могућност архивирања најмање 4000 слика			

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин:

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава обавезне техничке захтеве
- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени уређај
- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од стране произвођача у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. Доказ у документима произвођача обележити маркером и означити редним бројем из обрасца техничке спецификације.

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат од стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати само техничке карактеристике које нису садржане у проспектима, каталозима или техничким спецификацијама. У случају да понуђач не достави тражене документе издате од стране произвођача, тј. достави само потврду произвођача без проспекта, каталога или техничке спецификације, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Напомена:

- Гарантни рок за понуђену опрему је минимално 12 месеци од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме.
- Испоручилац је дужан да кориснику приликом примопредаје опреме достави упутство за руковање на српском језику.

ПАРТИЈА 2

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ ФИЛМОВА СУВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Рб.	Минималне захтеване техничке карактеристике	ДА/ НЕ	Подаци за понуђену опрему	Доказ о испуњености техничких карактеристика
	ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ ФИЛМОВА СУВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1.1.	Резолуција штампања минимално 500 dpi			
1.2.	Два магацина за филмове за симултано штампање са два формата филма			
1.3.	Број доступних формата филмова- минимално			
1.4.	Контрастна резолуција мин 12 бита (4096 нивоа сивог)			
1.5.	Брзина штампања минимално 100 филмова формата 35x43cm на сат			
1.6.	DICOM улаз			

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин:

- колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава обавезне техничке захтеве

- колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени уређај

- колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи назив брошуре или техничке спецификације или другог документа издатог од стране произвођача у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. Доказ у документима произвођача обележити маркером и означити редним бројем из обрасца техничке спецификације.

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат од стране произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати само техничке карактеристике које нису садржане у проспектима, каталозима или техничким спецификацијама. У случају да понуђач не достави тражене документе издате од стране произвођача, тј. достави само потврду произвођача без проспекта, каталога или техничке спецификације, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Напомена:

- Гарантни рок за понуђену опрему је минимално 12 месеци од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме.

- Испоручилац је дужан да кориснику приликом примопредаје опреме достави упутство за руковање на српском језику.

17. У документ „Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку по партијама, број 19/2014, Наручиоца: Специјалне болнице за рехабилитацију 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, набавка добара „Опрема за рендген кабинет“, уноси се детаљан опис **Критеријума за избор понуде: економски најповољнија понуда**, тако да се у измењеној конкурсној документацији чини допуна и, .

и додаје глава 9. чији текст гласи:

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Комисија ће изабрати најповољнију понуду на основу критеријума економски најповољније понуде, у складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи начин:

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА

(максимално 70 пондера)

Пондери за критеријум понуђена цена се израчунавају према следећој формули:

Најнижа понуђена цена _____ x 70 пондера
Понуђена цена посматраног понуђача

2. ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ

(максимално 30 пондера)

Пондери за критеријум техничке и технолошке предности ће се бодовати на следећи начин:

А. Могућност ротирања детектора без скидања детектора са буцку-ја из тзв. „portrait“ у „landscape“ положај и обрнуто и у пацијент столу и у вертикалном стативу (максимално 5 пондера)

- Понуђено – 5 пондера
- Није понуђено – 0 пондера

Б. Време до приказа необрађене слике на екрану након експозиције (максимално 5 пондера)

- Више од 2 секунде – 0 пондера
- 2 секунде или мање – 5 пондера

В. Детектори поседују технологију аутоматске детекције X-зрака која омогућава њихово коришћење и добијање снимака са било којим покретним или фиксним рендгенем, обзиром да не постоји потреба за конекцију са ВН генератором (максимално 5 пондера)

- Понуђено – 5 пондера
- Није понуђено – 0 пондера

Г. Лонгитудинални помак пливајуће плоче фиксног пацијент Буки стола (максимално 5 пондера)

- Мање од ± 600 mm – 0 пондера
- ± 600 mm или више – 5 пондера

Д. Латерални помак пливајуће плоче фиксног пацијент Буки стола (максимално 5 пондера)

- Мање од ± 150 mm – 0 пондера
- ± 150 mm или више – 5 пондера

Е. Аквизициона конзола за управљање и обраду слике може да опслужује и рад система за читање касета са фосфорним фолијама, тзв. ЦР систем (максимално 5 пондера)

- Понуђено – 5 пондера
- Није понуђено – 0 пондера

У измењеној конкурсној документацији, одељак 8 се налази на страни

18. Услед додавања нове главе 9. Критеријуми за доделу уговора, нумеричке ознаке наредних глава с е мењају, па сада:

- Глава 8. Образац трошкова припреме понуда, мења се нумеричка ознака и постаје глава 9. Образац трошкова припреме понуда постаје глава;
- Глава 9. Образац изјаве о независној понуди, мења се нумеричка ознака и постаје глава 10. Образац изјаве о независној понуди;
- Глава 10. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75 став 2. ЗЈН., постаје Глава 11. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75 став 2. ЗЈН
- Глава 11. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, постаје глава 12. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
- Глава 12. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса постаје глава 13. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса
- Глава 13. Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за добро извршење посла, мења се нумеричка ознака и постаје глава 14. . Образац изјаве понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за добро извршење посла

19. На страни 46/49, Модел уговора, у документу „Уговор за набавку и испоруку и пуштање у рад опреме за рендген кабинет”, као саставном делу „Модела уговора”, у складу са претходно учињеним променама, врше се следеће измене:

- У члану 1. Модела уговора, одредба „Предмет уговора”, врши се допуна предмета уговора, те се првобитни текст

мења и сада гласи:

„Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка и испорука и пуштање у рад опреме за рендген кабинет, (по партијама) у свему према конкурсној документацији и наведеним техничким захтевима и спецификацијама, односно понуђеним техничким и технолошким предностима у складу са техничком спецификацијом, а који су саставни део овог уговора.”

- у члану 3. Модела уговора, одредба „Структура цене”, брише се партија 3 и уносе измене предмета обрасца и структуре „Описа позиција”, па се првобитни текст

мења и сада гласи

Рб.	Опис позиције	Јед. мере / Комплет	Набавна цена РСД	Царински и остали трошкови	Цена дин. без ПДВ
-----	---------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------

1.	Дигитални радиографски систем	1			
2.	Ласерски штампач суве технологије	1			
	Укупно динара без ПДВ:				
	ПДВ:				
	Укупно динара са ПДВ:				

Образложење:

Након додатног разматрања објављене конкурсне документације за јавну набавку добара број 19/2014. „Опрема за рендген кабинет“, поновног преиспитивања потреба наручиоца кроз предмет јавне набавке, описа техничких карактеристика предмета, потенцијалних производа и конкуренције на тржишту, Комисија је предузела даље кораке како би у што већој мери обезбедила услове да се кроз повећану конкуренцију у поступку, уз што повољнију цену добије што је могуће савременије и квалитетније добро са снажним техничким и радним карактеристикама.

Како би се на најбољи начин одговорило стварним потребама наручиоца, односу траженог и могућег за добити на данашњем тржишту, поштовању основних начела система јавних набавки, Комисија за јавну набавку наручиоца је закључила да је неопходно учинити измене и допуне конкурсне документације. Пошто је Наручилац у обављању своје основне делатности превенције, лечења и рехабилитације суочен са проблемом све већег бројем корисника услуга предмета јавне набавке, капацитетима услуга које адекватно не прате капацитети уређаја који се користе за преглед и снимање пацијената, односно дијагностиковање, неопходно је да учини проширење и осавремењивање постојећих капацитета, и на тај начин омогући да се основна делатност лечења и рехабилитације обавља брже и уз квалитетнију услугу.

Изменом и допуном конкурсне документације и прибављањем модерног и савременог уређаја, уз минималну или бољу техничку спецификацију, уз посебне техничке и технолошке карактеристике, Наручилац тек тада обезбеђује решење за проблеме у вези са застарелошћу опреме. Уколико би се, према претходној спецификацији, прибавила опрема која технички не убрзава дијагностиковање, већ постојећи проблем држи на потпуно идентичном нивоу квалитета и брзине услуге, Наручилац би заправо обесмислио сврсисходност предмета јавне набавке у својој основној функцији. Након измена и допуна конкурсне документације и набавком овако специфицираног уређаја, решава се проблем ограниченог броја пружених услуга снимања рендгеном у току радног дана, повећава брзину пружања услуге и на крају резултира повећаним бројем услужених корисника, што прати развојне капацитете Специјалне болнице.

Стога сматрамо да су измене и допуне конкурсне документације су учињене управо према плановима развоја, захтевима пословања и потреба у вези са делатношћу наручиоца, потребама у вези са квалитетом опреме, техничким карактеристикама, брзином и обимом пружених услуга према корисницима услуга здравствене установе.

У Бањи Ковиљачи,

Дана 12. 11. 2014. године

Комисија за јавне набавке Наручиоца

Председник комисије: дипл.правник Слободан Миловановић

Чланови: Снежана Тадић, Данијела Јокић, др Александар Јокић, Зоран Николић