

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 31/2016 –Машина за прање црног посуђа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

Питање бр. 1:

Поучени искуством из ЈН 18/2015 и Ваше жеље да фаворизујете једног понуђача и чињеницом да сте поновно расписали ЈН, остаје нејасно зашто нисте купили од тог понуђача и на тај начин не замајавате и нас и Вас. Питање гласи:

Да ли ћете и овај пут фаворизовати једног понуђача и произвођача?

Одговор 1.

У претходно спроведеном поступку ЈН 18/2015 обуставили смо поступак из финансијских разлога и преусмерили средства у набавку која је приоритетна. У Одлуци о обустави поступка број 352 од 27.08.2015.г. навели смо да „Поновно покретање поступка ове јавне набавке извршиће се у току наредне године када се за то створе услови, о чему ће понуђачи бити накнадно обавештени и позвани да доставе своје понуде.“

Због свега наведеног Наручилац је ипак одлучио да набави машину за прање црног посуђа без фаворизања било ког произвођача и понуђача.

Питање бр. 2:

У додатним условима које понуђач мора испунити навели сте под 3. да понуђач мора имати систем ИСО 27001, а у начинима доказивања сте навели да понуђач мора доставити доказе о уведеним стандардима 9001,14001 и 18001. Да ли је ово грешка у куцању и да ли је довољно у вези свих сертификата који су тражени доставити копије три важећег сертификата понуђача ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2008.

Одговор бр. 2.

Наручилац је направио грешку у куцању и наглашава да је потребно да се достави копије три важећег сертификата произвођача и то: ИСО 9001:2008 или одговарајући, ИСО 14001:2004 или одговарајући. ОХСАС 18001:2007 или одговарајући и ЦЕ марк

Питање бр. 3:

Тражили сте следеће карактеристике:

Под 1. Димензије машине максимално 750x880x23300 +/-50/мм

Под 3. Величина корпе мин./600x670/ мм, висина отвора /без корпе/ мин. 650, радна висина /840+/-20/мм

Давањем мин. величине корпе /мин.600x670 мм/ и махималне димензије машине /750x880x23300+/-50 мм/ одредили сте да може само један модел , једног произвођача на свету да задовољи тражено.

О овом питању смо и у ЈН 18/2015 постављали питање и излазили на лице место и дана 29.05.2015. смо у присуству Мирјане Дивић и Милке Куртеш на месту где је предвиђено постављање машине утрђено да машина може бити широка махимално 880 мм, а висина махимално 2700 мм.

Питање гласи: Да ли ширина зидова у простору где је предвиђена монтажа може и даље бити 88 цм, а висина махимално 270 цм. Висина у документацији је 23300+/-50мм што значи 23 метра и 30 цм.

На основу мерења која смо обавили предлажемо да промените димензију у дате максималну димензију машине може бити 880x930x2700 мм.

Одговор бр. 3.

Наручилац је направио грешку у величини где стоји :

димензије машине максимално (750 x 880 x 23300 ±50) mm.

Наручилац прихвата пропуст и мења димензије у 750 x 880 x 2300 ±50mm.

Простор где је превиђена да стоји машина за прање црног посуђа је исти, с обзиром да сте у претходном спроведеном поступку ЈН 18/2015 обишли простор и упознати сте са димензијама .

Напомена:

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик конкурсне документације.

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.

Комисија за јавну набавку бр. 31/2016.

Дана 11.10.2016. године